



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 63-920 PAKOŚLAW

tel/fax/065/5478612

NIP 699-18-22-210 REG 411412701

GOPS.357.1.3.2017



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Pakoślav, dnia 09.02.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakoślawiu informuje, że do dnia dzisiejszego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły pytania do oferty GOPS.357.1.2.2017 z dnia 03.02.2017r. dotyczącej zakupu i dostawy sprzętu specjalistycznego. Przekazujemy odpowiedzi na pytania

Łóżko rehabilitacyjne elektryczne

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne elektryczne bez funkcji awaryjnego opuszczania leża? Pozostałe parametry wg SIWZ

Odp. **TAK**

Wózek toaletowy

2. Czy Zamawiający dopuści wózek toaletowy, który nie posiada składanej ramy?

Odp. **NIE**

3. Czy Zamawiający dopuści wózek toaletowy, który posiada 4 pełne koła, w tym koła tyle z hamulcem?

Odp. **TAK**

Pozostałe parametry wg SIWZ

Laska czworonóg rehabilitacyjny

4. Czy Zamawiający dopuści laskę czworonóg rehabilitacyjny z zakresem regulacji wysokości od 73,5 do 96 cm ? Pozostałe parametry wg SIWZ

Odp. **TAK**

Kule łokciowe

5. Czy Zamawiający dopuści kule łokciową o następującej specyfikacji:

- wyposażona w zamkniętą i ruchomą obejmę
- uchwyt regulowany w zakresie 22 cm do 29 cm
- wykonana z wysokiej jakości aluminiowych rurek regulowanych za pomocą klipsów
- szeroka gama nakładek gumowych pozwala na dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb użytkownika
- waga: 0,52 kg
- wysokość uchwytu od podłogi 76-101 cm
- maksymalna waga użytkownika 150 kg

Odp. **TAK**

Krzesło toaletowo – prysznicowe

6. Czy Zamawiający dopuści krzesło toaletowo - prysznicowe bez funkcji składania ?

Odp. **NIE**

7. Czy Zamawiający dopuści krzesło toaletowo - prysznicowe o szerokości całkowitej 48 cm ?

Odp. **TAK**

8. Czy Zamawiający dopuści krzeselko toaletowo - prysznicowe o szerokości siedziska 48 cm ?

Odp. **TAK**

9. Czy Zamawiający dopuści krzeselko toaletowo – prysznicowe z regulacją wysokości w zakresie 35 – 52 cm ?

Odp. **TAK**

Pozostałe parametry wg SIWZ

Łóżko rehabilitacyjne elektryczne

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka rehabilitacyjnego o parametrach;

- szerokość całkowita 103 cm
 - długość całkowita 214 cm
 - kąt nachylenia zagłówek 83 st.
 - wysokość minimalna 40 cm
 - wysokość maksymalna 80 cm
 - maksymalne obciążenie 175 kg
 - nie posiadające funkcji awaryjne opuszczanie leża
- Spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. **NIE**

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka rehabilitacyjnego o parametrach;

- szerokość całkowita 102 cm
 - długość całkowita 214 cm
 - kąt nachylenia zagłówek 83 st.
 - wysokość minimalna 40 cm
 - wysokość maksymalna 81 cm
 - maksymalne obciążenie 200 kg
 - nie posiadające funkcji awaryjne opuszczanie leża
- Spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. **TAK**

12. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko było wyposażone w materac, jeżeli tak to jaki;

- piankowy cały
- piankowy gofrowany

Odp. **NIE JEST WYMAGANE WYPOSAŻENIE W MATERAC**

KIEROWNIK
Głównego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rakostawiu
Dorota Matuszak